T.C.
SOSYAL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Genel Saghk Sigortasi Genel Miidiirliigu
SSKB Saghk Hizmetleri Satmalma Daire Ba§kanhgi (Devredilen)

SAYI :B.13.2.SSK.5.02.10.00/XVI-j3 9185
KONU: Manyetik Rezonans (Kapali Sistem) 23.02.200 7

GENELGE
2007/ 20 EK

ILGi : a) 30.04.2004 gunlu, XVI-4 Ek Genelge
b) 09.11.2004 gunlu, XVI-6 Ek Genelge
c) 11.04.2005 gunlu, XVI-8 Ek Genelge
d) 14.10.2005 gunlu, XVI-9 Ek Genelge
e) 25.05.2006 gunlu, XVI-14 Ek Genelge

Bilindigi uzere; ilgi (c)'de kayith Genelgede, Manyetik Rezonans (Kapah
Sistem) sozlesme konusuna iliskin "Sozlesme yapmak Jcin Aranan KosuUar " formunun
3. maddesinde yer alan "Cihaz en az 1.5 tesla giiciinde olmahdir" kosulunun "Cihaz en az 1 tesla giiciinde olmahdir" seklinde degistirilmesine karar verildigi belirtilerek Manyetik Rezonans (Kapali Sistem) konusunda sozlesmemiz olan ve halen sozlesmeleri devam eden merkezlerin cihazlan 1 tesladan dii^iik ise Genelgenin yayimlandigi tarihten itibaren alti (6) ay icerisinde cihazlarini bu kosula uygun hale getirmeleri,

Ilgi (e)'de kayith Genelgede, Genel Mudurlugumiize Manyetik Rezonans Demeginden ve ozel saghk tesislerinden sozlti ve yazih olarak iletilen talepler ve goriisler dikkate almarak Genel Mudurlugumuzce yeni bir cahsma baslatildigi, yapilan cahsmalann halen devam etmekte oldugundan soz konusu talimatimizda verilen surenin alti (6) ay daha uzatilmasi uygun goriildtigu belirtilmisti.

Genel Mudurlugumuzce sozkonusu surenin 25.11.2006 tarihinden itibaren alti
(6) ay daha uzatilmasi uygun gorulmusttir.

Bilgi ve geregini rica ederim.

YDEMIR
skan V.

DAGITIM :

Geregi J9in;
Kurum Merkez ve Tasra Teskilatina

Saglik Hizmelleri Satmalma Daire Ba$kanligi Tuna Cad. No : 7 06430 - Kizilay/ANKARA E-Posia: shs so/lesme'«ssk.< Tel : 0 312 434 29 12 Faks : 0 312 434 30 88 Sayfa I / I http://www.ssk-.gov.tr